

Số: 910/TB -BVT

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc mời báo giá trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị y tế như sau: Chi tiết **Phụ lục 1** đính kèm.

Đề nghị các tổ chức/cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế có khả năng cung cấp trang thiết bị y tế nêu trên báo giá, cung cấp các thông tin về hàng hóa theo mẫu tại **Phụ lục 2** kèm các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại, phân nhóm của hàng hóa.

- Thời hạn cung cấp thông tin: Trước 15 giờ 00 ngày 11/03/2021.

- Địa chỉ nhận thông tin: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

+ Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Email: muasamhanghoabvtqn@gmail.com

+ Bộ phận thường trực: Ông Trần Văn Minh – Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0979.520.014;

Hoặc Bà Đoàn Thị Hương - Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0977. 226.408;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KHTH.



Nguyễn Bá Việt

PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thông báo số 910/TB - BYT ngày 08 tháng 03 năm 2022)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật báo giá (Tham khảo)	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	Phổi ECMO kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20 kg	Diện tích bề mặt trao đổi khí : 1.8m ² . Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0.4m ² . Đầu nối nước : 1/2". Sợi trao đổi khí: Polymethylpentene. Sợi trao đổi nhiệt: Polyurethane.	Hộp 1 bộ	Bộ	10
2	Canuyn động mạch ECMO	Thân Cannula được làm bằng chất liệu Polyurethane tương thích sinh học. - Kích thước từ 15Fr đến 23Fr. - Chiều dài 15 hoặc 23 cm.	Hộp 1 cái	Cái	10
3	Canuyn tĩnh mạch ECMO	Thân Cannula được làm bằng chất liệu Polyurethane. - Kích thước từ 19 Fr đến 29 Fr. - Chiều dài 38 hoặc 55 cm.	Hộp 1 cái	Cái	10
4	Bộ dẫn đường (nong) động mạch	Chiều dài ≥100cm.	Hộp 1 cái	Cái	10
5	Bộ dẫn đường (nong) tĩnh mạch	Chiều dài ≥150 cm.	Hộp 1 cái	Cái	10

Lưu ý: Thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo, không mang tính chất định hướng. Đơn vị có thể Báo giá hàng hóa tương tự đáp ứng được nhu cầu của Bệnh viện.



Tên nhà thầu: Công ty
 Địa chỉ liên hệ:
 Điện thoại:
 Email:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Văn bản số 910/TB-BVT ngày 08/03/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc mời báo giá trang thiết bị y tế. Chúng tôi (tên đơn vị.....) có địa chỉ tại: Xin gửi đến Quý Bệnh viện báo giá và thông tin của hàng hóa như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại, Ký mã hiệu hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu.	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Đơn giá (VAT)	Hãng/nước chủ sở hữu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do	Phân loại TTBYT (A,B,C,D)	Phân nhóm theo TT 14/2020	Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất				Ghi Chú
														Giá trúng thầu	Số QĐ phê duyệt trúng thầu	Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu	Đơn vị ra quyết định	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Ghi chú:

(2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số : 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017.

(09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, lệ phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Giá trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]