

Số: 3349/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v mời báo giá vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại
Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong Quý IV năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế.

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/c Triệu Hồng Mây – Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

- SĐT: 0852.551.222

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds. Triệu Hồng Mây – Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Nhận qua email: trieuhongmay.qn@gmail.com

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h30 ngày 21 tháng 11 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 01 tháng 12 năm 2024

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.



II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa (*Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm*).
2. Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá (*Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm*).
3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Kho Nhà thuốc Bệnh viện – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo yêu cầu của Bệnh viện.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không.
6. Các thông tin khác (nếu có): Không.

- Đơn vị cung cấp báo giá nộp kèm theo các tài liệu, các căn cứ xác định giá tương tự của loại hàng hóa/dịch vụ tương tự (tương đồng gần nhất với yêu cầu chào giá của loại hàng hóa/dịch vụ mà Nhà cung cấp tham gia chào giá) và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KD.



Nguyễn Bá Việt

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thông báo số 3349/TB-BVT ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

STT	Danh mục	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dẫn lưu áp lực âm 400ml	Bao gồm: Bình áp lực 3 lò xo dung tích 400 ml, dây PVC, kết nối chữ Y, dây xả và trocar. Bình áp lực 3 lò xo được thiết kế chống xẹp tối thiểu. - Dây nối có vạch cân quang màu xanh, điểm trắng, dài 120 cm. Chiều dài giùi: 5 inch (khoảng 12.7cm), ống dây hút hình chữ Y dài 72cm, kết nối chữ Y trong suốt. - Sản phẩm được đóng gói 2 lớp giúp đảm bảo vô khuẩn khi dùng trong phòng mổ. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO.	Cái	60
2	Dụng cụ tập thở	Dụng cụ tập thở giúp bệnh nhân tự thực hiện và theo dõi các bài tập thở sau phẫu thuật	Cái	24
3	Gạc cầu đường kính 30mm x1 lớp, vô trùng	Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch. Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Kích thước ≥ fi 30mm x 1 lớp	Cái	1.000
4	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp	Gạc phẫu thuật 100% cotton. Quy cách: 10cm x 10cm x 8 lớp, cân quang tiệt trùng Trọng lượng 25-27 g/m2. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 10gr nước/1gr gạc. Độ ẩm ≤ 4,62%. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không phát hiện	Gói	1.000
5	Kim luân tĩnh mạch an toàn các số	- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay tròn bắt chéo nhau - Đầu kim 3 mặt vát - Catheter nhựa Có 4 đường cân quang ngầm, vật liệu FEP-Teflon. - Kim luân có cánh, có hoặc không có cửa, G18: tốc độ chảy 96ml/phút, tốc độ chảy 5760 ml/giờ, G20: tốc độ chảy 61ml/phút, tốc độ chảy 3660 ml/giờ, G22: tốc độ chảy 36ml/phút, tốc độ chảy 2160 ml/giờ, G24: tốc độ chảy 22ml/phút, tốc độ chảy 1320 ml/giờ	Cái	2.000

STT	Danh mục	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng
		- Đường kính và độ dài catheter: G18: 1.3mm x 45mm, G20: 1.1mm x 33mm, G22: 0.9 mm x 25mm, G24: 0.7mm x 19mm - Đạt tiêu chuẩn tối thiểu EN ISO 13485:2016 hoặc tương đương - Chứng nhận tối thiểu EC, ISO 10555-5 hoặc tương đương		
6	Màng mô trước phẫu thuật tẩm iod vô trùng	Màng mô tẩm iod vô trùng Màng film Polyester resin phủ Idophur kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ Kích thước màng: $\geq 60\text{cm} \times \geq 35\text{cm}$ Kích thước băng dính: $\geq 34\text{cm} \times \geq 35\text{cm}$	Miếng	260
7	Mũ giấy	Sản xuất từ nguyên liệu gác không dệt, thông thoáng, mềm mại, đảm bảo bao phủ mọi kiểu tóc. Đóng gói bằng túi ép tiệt trùng; tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng. Quy cách đóng gói: túi ≥ 100 cái	Cái	5.000
8	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml	- Xy lanh 10ml: Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt - Pít tông: Trong suốt, có khía bề gãy để hù - Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh - Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. + Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). + Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP	Cái	2.000
9	Băng dính cá nhân y tế	Kích thước: 19mm x 72mm Có keo dính.	Cái	2.000



PHỤ LỤC 2
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 3349/TB-BVT ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

Thông tin của đơn vị báo giá
(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan:

STT	Tên thương mại	Số GPLH hoặc số GPNK	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Mã HS	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
Tổng cộng:														
Bảng chữ:														

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].
3. Chúng tôi cam kết:
- Đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu (nếu có))