

Số: 3704/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v yêu cầu báo giá mua sắm vật tư y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Đào Thị Thuý – Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0981519799;

Hoặc Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0936821266;

Email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng có đóng dấu:

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Bản mềm: Báo giá (Excel), Catalog, các tài liệu liên quan... (PDF)

+ Nhận qua email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 03 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



5. Thời hạn của hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm vật tư y tế (*Chi tiết phụ lục 1 đính kèm*).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Kho vật tư y tế Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh.


3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 12 tháng.

4. Các thông tin khác: Mẫu báo giá chi tiết tại *Phụ lục 2* đính kèm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./. *VB*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KSNK.



Nguyễn Bá Việt



PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thông báo số 3704/TB - BVT ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng/ khối lượng
1	Điện cực đất loại dán	Cái	Điện cực đất loại dán Ag/AgCl. - Đầu kết nối 1.5mm. - Diện tích tiếp xúc $\geq 40\text{mm} \times 50\text{mm}$, dài $\geq 1\text{m}$. Tương thích với máy điện cơ Model: UltraPro S100, hãng sản xuất Natus.	400
2	Điện cực dán đo dẫn truyền	Cặp	Điện cực dán đo dẫn truyền Ag/AgCl. - Đầu kết nối 1.5mm. - Diện tích tiếp xúc $\geq 20\text{mm} \times 25\text{mm}$, dài $\geq 1\text{m}$. Tương thích với máy điện cơ Model: UltraPro S100, hãng sản xuất Natus.	400
3	Tay dao siêu âm dùng cho phẫu thuật nội soi tương thích với dây dao siêu âm và hệ thống dao siêu âm hãng Olympus	Cái	- Tay dao siêu âm dùng cho phẫu thuật nội soi, chiều dài $\geq 35\text{cm}$. - Tương thích với dây dao siêu âm và hệ thống dao mổ siêu âm Model: USG-400 của hãng Olympus.	40
4	Tay dao siêu âm dùng cho phẫu thuật mổ mở tương thích với dây dao siêu âm và hệ thống dao siêu âm hãng Olympus	Cái	- Tay dao siêu âm dùng cho phẫu thuật mổ mở, chiều dài $20\text{cm} (\pm 5\text{cm})$. - Tương thích với dây dao siêu âm và hệ thống dao mổ siêu âm Model: USG-400 của hãng Olympus.	30
5	Dây dao siêu âm tương thích với tay dao siêu âm và hệ thống dao siêu âm hãng Olympus	Cái	- Dây dao siêu âm. - Tương thích với tay dao siêu âm và hệ thống dao mổ siêu âm Model: USG-400 của hãng Olympus.	4
6	Chỉ khâu liền kim không tiêu đa sợi 4/0	Cái	- Chỉ số 4/0: + Chỉ khâu liền kim không tiêu đa sợi có chứa polyester. + Chiều dài: $\geq 45\text{cm}$, - 2 kim: + Chiều dài: 6mm đến 8mm, 1/4 vòng tròn.	240

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng/ khối lượng
7	Miếng vá tái tạo màng cứng tự dính loại bé	Cái	- Sử dụng trong các phẫu thuật thần kinh và cột sống. - Có thể dán hoặc khâu với màng cứng. - Chất liệu: Tự tiêu. - Kích thước: + Chiều rộng: 2cm đến 4cm. + Chiều dài: 5cm đến 8cm.	50
8	Miếng vá tái tạo màng cứng tự dính loại lớn	Cái	- Sử dụng trong các phẫu thuật thần kinh và cột sống. - Có thể dán hoặc khâu với màng cứng. - Chất liệu: Tự tiêu. - Kích thước: + Chiều rộng: 5cm đến 7cm. + Chiều dài: 5cm đến 8cm.	250
9	Test thử kiểm tra chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước (Bowie Dick test)	Test	Test thử kiểm tra chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước (Bowie Dick test)	2.200
10	Kim gây tê đám rối thần kinh	Cái	- Kim gây tê đám rối: + Kim dài: 95mm đến 105 mm. + Dây nối bơm thuốc. - Tiệt trùng.	1.600
11	Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật	Cái	Bao bọc Camera bao gồm: - Túi Nylon: + Chiều rộng: 8cm đến 10 cm. + Chiều dài: 13cm đến 15cm. - Ống Nylon: + Đường kính: 17cm đến 19cm. + Chiều dài: 220cm đến 230cm. - Dây buộc. - Tiệt trùng.	14.000



STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng/ khối lượng
12	Điện cực cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến	Cái	- Là loại điện cực đơn cực. - Dùng cho ống soi 30 độ. - Sử dụng phù hợp với vỏ đặt tay cắt u xơ tiền liệt tuyến cỡ 24Fr. - Tương thích với bộ tay cắt u xơ tiền liệt tuyến Mã 2705D hãng Karl storz.	200



PHỤ LỤC 2: BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 3704/TB - BVT ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

Tên nhà thầu: Công ty
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại DD.....
Email:



Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT (1)	STT Thông báo mời BG (2)	Danh mục thiết bị y tế (3)	Ký, mã, nhãn hiệu, model (4)	Mã VTYT theo QĐ 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 hoặc theo TT 04 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 (5)	Thông số kỹ thuật (6)	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu. (7)	Đạt tiêu chuẩn (8)	Mã HS (9)	Phân loại TTBYT (A,B,C,D) (10)	Năm sx (11)	Hãng/ nước chủ sở hữu (12)	Hãng/Nước sản xuất (13)	Quy cách đóng gói (14)	Đơn vị tính (15)	Số lượng (16)	Đơn giá (VNĐ) (17)	Thành tiền (VNĐ) (18)	Kết quả trúng thầu 12 tháng gần nhất (Giá trúng thầu/Số QĐ/ ngày tháng năm/ đơn vị ra QĐ) (19)
1																		
2																		

Ghi chú:

- (4) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (6) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (17) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí, dụng cụ phụ trợ đi kèm đảm bảo thực hiện được kỹ thuật và dịch vụ liên quan (nếu có)).

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] .
2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)