

Số: 2134/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v yêu cầu báo giá mua sắm vật tư tạo hình thân đốt sống

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm vật tư tạo hình thân đốt sống với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Đào Thị Thuý – Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0981519799;

Hoặc Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0936821266;

Email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng có đóng dấu:

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Bản mềm: Báo giá (Excel), Catalog, các tài liệu liên quan... (PDF)

+ Nhận qua email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 phút ngày 25 tháng 07 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 05 tháng 08 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



5. Thời hạn của hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm vật tư tạo hình thân đốt sống (*Chi tiết phụ lục 1 đính kèm*).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Kho vật tư y tế Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh.

3. Các thông tin khác: Mẫu báo giá chi tiết tại *Phụ lục 2* đính kèm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KSNK.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt



PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thông báo số 2134/TB - BVT ngày 24 tháng 07 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Số lượng/ khối lượng
1	Bộ bơm xi măng có bóng (xi măng độ nhớt thấp)	Bộ	Bao gồm tối thiểu: - 02 bộ Kim chọc dò: Có tối thiểu đường kính $\leq 3.6\text{mm}$. - 02 Kim mũi khoan tạo đường hầm: Có tối thiểu đường kính $\leq 3.0\text{mm}$. - 02 Bóng nong thân đốt sống: Có các loại kích cỡ 10mm, 15mm, 20mm. - 02 Xy lanh bơm phòng bóng có đồng hồ đo áp lực: Áp suất tối đa $\geq 30\text{ atm}$, thể tích xy lanh $\leq 20\text{ml}$. '- Xi măng, bộ trộn: + Xi măng xuất xứ G7. '+ Xi măng có độ nhớt thấp. Gồm $\geq 20\text{g}$ xi măng. + Chất lỏng dung môi (dung dịch pha) $\geq 9\text{g}$ (9ml). + 01 bộ trộn. - 06 bộ kim chọc xi măng: Có tối thiểu đường kính $\leq 3.0\text{mm}$.	100
2	Bộ bơm xi măng có bóng (xi măng độ nhớt trung bình)	Bộ	Bao gồm tối thiểu: - 02 Bộ kim chọc dò: Có tối thiểu đường kính $\leq 3.6\text{mm}$. - 02 Kim mũi khoan tạo đường hầm: Có tối thiểu đường kính $\leq 3.0\text{mm}$. - 02 Bóng nong thân đốt sống: Có các loại kích cỡ 10mm, 15mm, 20mm. - 02 Xy lanh bơm phòng bóng có đồng hồ đo áp lực: Thể tích xy lanh $\leq 25\text{ml}$. - Đồng hồ đo áp lực $\leq 55\text{ATM}$. '- Xi măng, bộ trộn: + Xi măng xuất xứ G7. '+ Xi măng có độ nhớt trung bình. Gồm $\geq 20\text{g}$ xi măng. + Chất lỏng dung môi (dung dịch pha) $\geq 9\text{g}$ (9ml). + 01 bộ trộn. - 06 Bộ kim chọc xi măng: Có tối thiểu đường kính $\leq 3.0\text{mm}$.	100

the

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Số lượng/ khối lượng
3	Bộ bơm xi măng không bóng	Bộ	Bao gồm tối thiểu: '-02 Bộ kim chọc dò: + Phần đầu kim được vát toàn bộ. + Đường kính ngoài $\leq 2.5\text{mm}$ '- Xi măng, bộ trộn: + Xi măng xuất xứ G7. '+ Xi măng có độ nhớt thấp. Gồm $\geq 20\text{g}$ xi măng. + Chất lỏng dung môi (dung dịch pha) $\geq 9\text{g}$ (9ml). + 01 bộ trộn. '-01 bơm áp lực đẩy xi măng để đưa xi măng vào thân đốt sống.	20

Handwritten signature



PHỤ LỤC 2
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 2134/TB-BVT ngày 24/ 07/ 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)



Tên nhà thầu: Công ty
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại DD:
Email:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá Thông báo số 2134/TB-BVT ngày 24/ 07/ 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT (1)	STT Thông báo mời BG (2)	Danh mục thiết bị y tế (3)	Ký, mã, nhãn hiệu, model (4)	Mã VTYT theo QĐ 5086/QĐ- BYT ngày 04/11/2021 (5)	Thông số kỹ thuật (6)	Đạt tiêu chuẩn (7)	Mã HS (8)	Phân loại TTBYT (A,B,C,D) (9)	Năm sx (10)	Hãng/ nước chủ sở hữu (11)	Hãng/Nước sản xuất (12)	Quy cách đóng gói (13)	Đơn vị tính (14)	Số lượng (15)	Đơn giá (VND) (16)	Thành tiền (VND) (17)	Kết quả trúng thầu 12 tháng gần nhất (Giá trúng thầu/Số QĐ/ ngày tháng năm/ đơn vị ra QĐ) (18)
1																	
2																	
Ghi chú:																	
(4) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.																	
(6) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.																	
(16) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có), đảm bảo thực hiện được kỹ thuật bơm xi măng)																	

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] .
- Báo giá này đã bao gồm toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có), đảm bảo thực hiện được kỹ thuật bơm xi măng)
2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)