

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 387 /TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

V/v Báo giá cung cấp Bóng phát tia X và cáp điện cao thế thay thế cho Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát, Hãng sx: GE Healthcare / Mỹ; Model: Optima CT660 của Bệnh viện.

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế

Căn cứ nhu cầu cần thiết sử dụng Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát tại khoa Chẩn đoán hình ảnh phục vụ người bệnh;

Căn cứ Biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị của hãng GE;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu báo giá cung cấp Bóng phát tia X và cáp điện cao thế thay thế cho Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát, Hãng sx: GE/ Mỹ; Model: Optima CT660 của Bệnh viện như sau:

STT	Tên vật tư, linh kiện thay thế	Số lượng	Đơn vị tính	Cấu hình kỹ thuật tham khảo
1	Bóng phát tia X	01	cái	Tương thích với Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát
2	Cáp điện cao thế	02	cái	- Model: Optima CT660 - Hãng sản xuất: GE Healthcare - Xuất xứ: Mỹ

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp Bóng phát tia X và cáp điện cao thế thay thế cho Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát, Hãng sx: GE Healthcare; Xuất xứ: Mỹ; Model: Optima CT660 phù hợp nhất cho Bệnh viện. Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá đến.

Giá báo giá là giá của 100% dịch vụ, đã bao gồm đầy đủ cung cấp dịch vụ, thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện tại Bệnh viện.

Yêu cầu Báo giá của đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin: Tên, địa chỉ, số điện thoại (Email) của đơn vị và được ký, đóng dấu bởi người có thẩm quyền. Đơn vị nộp kèm tài liệu chứng minh năng lực.

1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Vũ Mạnh Thông, SĐT: 0969.833.839, Phụ trách phòng VT-TBYT.

- Ông Nguyễn Duy Linh, SĐT: 0911.468.676, Phó phòng VT-TBYT;

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng: Phòng Vật tư- Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày (Từ ngày 14 tháng 02 năm 2025 đến trước 17h ngày 25 tháng 02 năm 2025 tính cả các ngày T7, CN).

*** Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.**

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2025.

*** Lưu ý:**

- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:

- + Không có báo giá bản cứng được ký người có thẩm quyền;
- + Không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật;
- + Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc ký bởi người không có thẩm quyền;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA TỈNH
Quảng Ninh

Nguyễn Bá Việt



Mẫu số 1
BẢO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi
[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp
của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 02

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của Bóng phát tia X và cáp điện cao thế thay thế cho Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát, Hãng sx: GE Healthcare; Xuất xứ: Mỹ; Model: Optima CT660

(Kèm theo Thông báo số : 387 / TB-BVT ngày 14 tháng 02 năm 2025)

STT	Tên vật tư, linh kiện thay thế	Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản
1	Bóng phát tia X	- Tương thích với Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát - Model: Optima CT660 - Hãng sản xuất: GE Healthcare - Xuất xứ: Mỹ - Hàng hóa mới 100% * <u>Thông số kỹ thuật cơ bản:</u> * Lỗi bóng tiêu điểm kép - Tiêu điểm nhỏ: + 0.9 x 0.7 theo tiêu chuẩn IEC 60336:2005 + 0.7 x 0.6 theo tiêu chuẩn IEC 60336:1993 - Thông số tải: 120kV, 100mA - Tiêu điểm lớn + 1.2 x 1.1 theo tiêu chuẩn IEC 60336:2005 + 0.9 x 0.9 theo tiêu chuẩn IEC 60336:1993 + Thông số tải: 120kV, 300mA - Góc Anode: 7° - Thông số nhiệt * Anode: - Khả năng trữ nhiệt tối đa của Anode: 4.7 MJ - Công suất: 72kW * Bóng: - Khả năng trữ nhiệt tối đa của bóng: 7.4 MJ - Công suất tản nhiệt liên tục tối đa: 4.8 kW (công suất tản nhiệt liên tục tối đa của Anode 3.5 kW) * Vỏ bóng: - Điện áp tối đa anode - cathode: 140kV - Hệ số dòng rò kỹ thuật: 140 kV, 25 mA - Độ dày vỏ bóng tối thiểu ở mức 70kV: 4.8mm Nhôm tương đương. - Trường chụp: 40mm

2	Cáp điện cao thế	- Cáp điện cao thế có gắn đầu nối, cách điện bằng plastic, 75kVDC tương thích với Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát - Model: Optima CT660 - Hãng sản xuất: GE Healthcare - Xuất xứ: Mỹ - Hàng hóa mới 100%
---	------------------	--

