

Số: 72/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đợt 1 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/c Triệu Hồng Mây – Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
- SĐT: 0852.551.222

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds. Triệu Hồng Mây – Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Nhận qua email: nhathuocbvtqn@gmail.com

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h30 ngày 17 tháng 3 năm 2025 đến trước 16h30p ngày 27 tháng 3 năm 2025

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:



1. Danh mục thiết bị y tế (*Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm*).
2. Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá (*Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm*).
3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Kho Nhà thuốc Bệnh viện – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo yêu cầu của Bệnh viện.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không.
6. Các thông tin khác (nếu có): Không.

- Đơn vị cung cấp báo giá nộp kèm theo các tài liệu, các căn cứ xác định giá tương tự của loại hàng hóa/dịch vụ tương tự (tương đồng gần nhất với yêu cầu chào giá của loại hàng hóa/dịch vụ mà Nhà cung cấp tham gia chào giá) và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KD.



Nguyễn Bá Việt



PHỤ LỤC I

(Kèm theo Thông báo số 721/TB-BVT ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa
Tỉnh Quảng Ninh)

STT	Danh mục	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số	- Đường kính kim 16G. - Đường kính ngoài 1.7mm. - Chiều dài kim 133mm	Cái	3.500
2	Bơm cho ăn 50ml	- Xy lanh dung tích 60cc được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. - Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xy lanh được chia vạch thể tích theo oz và cc. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Cái	567
3	Miếng cầm máu tai	Kích thước: 12mm x 24mm Được thiết kế để đặt bên trong ống tai giúp cầm máu tai và hỗ trợ điều trị viêm tai ngoài Thành phần: Hydroxilated Poly - Vinyl Acetate Được tiệt trùng bằng tia Gamma Có thể sử dụng cho tất cả đối tượng bệnh nhân kể cả Bệnh nhân Nhi	Miếng	14
4	Ống thông khí tai	Chất liệu nhựa Fluoroplastic, đường kính 1,27mm, màu trắng hoặc màu xanh, tiệt trùng.	Cái	22
5	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp	Gạc phẫu thuật 100% cotton. Quy cách: 10cm x 10cm x 8 lớp, cân quang tiệt trùng Trọng lượng 25-27 g/m2. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 10gr nước/1gr gạc. Độ ẩm ≤ 4,62%. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không phát hiện	Gói	1.668
6	Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 8lớp	Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch. Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Kích thước ≥ 30cm x 40cm x 8 lớp	Gói	229
7	Dẫn lưu áp lực âm 400ml	Bao gồm: Bình áp lực 3 lò xo dung tích 400 ml, dây PVC, kết nối chữ Y, dây xả và trocar. Bình áp lực 3 lò xo được thiết kế chống xẹp tối thiểu. - Dây nối có vạch cân quang màu xanh, điểm trắng, dài 120 cm. Chiều dài giùi: 5 inch (khoảng 12.7cm), ống dây hút hình chữ Y dài 72cm, kết nối chữ Y trong suốt. - Sản phẩm được đóng gói 2 lớp giúp đảm bảo vô khuẩn khi dùng trong phòng mổ. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO.	Cái	36
8	Que thử đường huyết	Que thử đường huyết cho Onetouch Ultra Plus là thiết bị thử đường huyết. Que thử với khoảng đo 0,6 - 33,3 mmol/L.	Test	17.000



STT	Danh mục	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng
		Men que thử GOD. Lượng mẫu máu 0.8 µL.		
9	Kim lấy máu đường huyết mao mạch	- Thiết kế bằng thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, tiết trùng, dùng kèm bút chích máu, bút chích máu điều chỉnh được 13 mức độ nông sâu của bút tùy vào độ dày mỏng của da bệnh nhân. - Đầu kim siêu nhỏ với lớp phủ silicon làm giảm đau khi đo. - Kích cỡ kim: 30G - Đạt chứng chỉ EN ISO 13485:2016. - Sử dụng cho bút lấy máu của máy OneTouch Ultra Plus Flex, OneTouch Select Plus Simple.	Cái	12.000
10	Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml	Xy lanh 20ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt - Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy dễ hủy - Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh - Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. + Tiết trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) hoặc tương đương. + Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP	Cái	600
11	Dụng cụ tập thở	Dụng cụ tập thở giúp bệnh nhân tự thực hiện và theo dõi các bài tập thở sau phẫu thuật	Cái	100
12	Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng	- Đường kính kim 16G. - Đường kính ngoài 1.7mm. - Chiều dài kim 133mm	Cái	30
13	Mũ giấy	Sản xuất từ nguyên liệu gác không dệt, thông thoáng, mềm mại, đảm bảo bao phủ mọi kiểu tóc. Đóng gói bằng túi ép tiết trùng; tiết trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng. Quy cách đóng gói: túi ≥ 100 cái	Cái	5.000
14	Con sâu máy thở	Chất liệu PVC dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	100
15	Băng cuộn y tế	Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao.	cuộn	2.000
16	Túi đựng nước tiểu	Làm bằng vật liệu nhựa, có khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 0.75 m, đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm; tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng. Có vạch chia dung tích. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	500
17	Vòng tránh thai chữ	Vòng tránh thai, Đạt tiêu chuẩn ISO	Cái	20

PHỤ LỤC II
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 72/TB-BVT ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

Thông tin của đơn vị báo giá
(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Tên thương mại	Số GPLH hoặc số GPNK	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Mã HS	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
Tổng cộng:														
Bảng chữ:														

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu (nếu có))