

Số: 797/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm bộ bơm xi măng và Kim đốt sóng cao tần dùng trong phẫu thuật cột sống của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Đào Thị Thuý – Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0981519799;

Hoặc Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0936821266;

Email: kiemsoatnhiemkhuambvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Nhận qua email: kiemsoatnhiemkhuambvt@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 ngày 21 tháng 3 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 31 tháng 3 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn của hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm bộ bơm xi măng và kim đốt sóng cao tần dùng trong phẫu thuật cột sống: (Chi tiết phụ lục I đính kèm)


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Kho vật tư y tế Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 12 tháng.

4. Các thông tin khác: *Mẫu báo giá chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.*

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KSNK. 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt

Phụ lục I
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Kèm theo Thông báo số 797/TB - BVT ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật	Xuất Xứ	Số lượng/ khối lượng
1	Bộ bơm xi măng có bóng, xi măng độ nhớt cao	Bộ	Bao gồm tối thiểu: - 02 Kim chọc dò: Có tối thiểu đường kính $\leq 3.6\text{mm}$. - 01 Kim mũi khoan tạo đường hầm: Đường kính $< 3.6\text{mm}$. - 02 Bóng nong thân đốt sống: Có tối thiểu 3 kích thước trong khoảng từ 10mm đến 20mm. Áp suất bơm phồng bóng $\geq 400\text{psi}$. - 02 Bộ bơm bóng có đồng hồ đo áp lực: Thể tích $\geq 14\text{ml}$. Đồng hồ đo áp lực $\geq 400\text{psi}$. - 01 Xi măng, bộ trộn: + Xi măng: Độ nhớt cao. Khối lượng $\geq 20\text{g}$. Xuất xứ G7. + Chất lỏng dung môi (dung dịch pha) $\geq 9\text{g}$ (9ml). + 01 Bộ trộn. - 06 Kim chọc xi măng: Đường kính $< 3.6\text{mm}$. Tiêu chuẩn: ISO 13485.		100
2	Bộ bơm xi măng có bóng, xi măng độ nhớt trung bình hoặc độ nhớt thấp	Bộ	Bao gồm tối thiểu: - 02 Kim chọc dò: Có tối thiểu đường kính $\leq 3.6\text{mm}$. - 01 Kim mũi khoan tạo đường hầm: Đường kính $< 3.6\text{mm}$. - 02 Bóng nong thân đốt sống: Có tối thiểu 3 kích thước trong khoảng từ 10mm đến 20mm. Áp suất bơm phồng bóng $\geq 700\text{psi}$. - 02 Bộ bơm bóng có đồng hồ đo áp lực: Thể tích $\geq 14\text{ml}$. Đồng hồ đo áp lực $\geq 700\text{psi}$. - 01 Xi măng, bộ trộn:		100

Handwritten signature

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật	Xuất Xứ	Số lượng/ khối lượng
			+ Xi măng: Độ nhót trung bình hoặc độ nhót thấp. Khối lượng $\geq 20g$. Xuất xứ G7. + Chất lỏng dung môi (dung dịch pha) $\geq 9g$ (9ml). + 01 Bộ trộn. - 06 Kim chọc xi măng: Đường kính $< 3.6mm$. Tiêu chuẩn: ISO 13485.		
3	Bộ bơm xi măng không bóng, xi măng độ nhót cao	Bộ	Bao gồm tối thiểu: - 02 Kim chọc dò: Đường kính $\leq 3.6mm$. - 01 Xi măng, bộ trộn: + Xi măng: Độ nhót cao. Khối lượng $\geq 20g$. Xuất xứ G7. + Chất lỏng dung môi (dung dịch pha) $\geq 9g$ (9ml). + 01 Bộ trộn. - 01 Bơm áp lực đẩy xi măng. Tiêu chuẩn: ISO 13485.		30
4	Bộ bơm xi măng không bóng, xi măng độ nhót trung bình hoặc độ nhót thấp	Bộ	Bao gồm tối thiểu: - 02 Kim chọc dò: Đường kính $\leq 3.6mm$. - 01 Xi măng, bộ trộn: + Xi măng: Độ nhót trung bình hoặc độ nhót thấp. Khối lượng $\geq 20g$. Xuất xứ G7. + Chất lỏng dung môi (dung dịch pha) $\geq 9g$ (9ml). + 01 Bộ trộn. - 01 Bơm áp lực đẩy xi măng. Tiêu chuẩn: ISO 13485.		20

2/2

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật	Xuất Xứ	Số lượng/ khối lượng
5	Kim đốt sóng cao tần dùng trong phẫu thuật cột sống	Cái	- Đầu đốt: Chiều dài trong khoảng từ 60mm đến 200mm. Đường kính trong khoảng từ 20G - 23G. Tích hợp 3 chức năng trong 1. - Có chức năng điều trị giảm đau bằng sóng cao tần. - Cam kết cung cấp máy và trợ cụ trong quá trình thực hiện. Tiêu chuẩn: ISO 13485.	G7	100

nk

PHỤ LỤC II
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 797/TB - BVT ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

Tên nhà thầu: Công ty
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại DD.....
Email:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo thông báo số 797/TB - BVT ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT (1)	STT Thông báo mời BG (2)	Danh mục thiết bị y tế (3)	Ký, mã, nhãn hiệu, model (4)	Mã VTYT (Theo QĐ 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 hoặc theo TT 04 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017) (5)	Thông số kỹ thuật (6)	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu. (7)	Đạt tiêu chuẩn (8)	Mã HS (9)	Phân loại TTYT (A,B,C,D) (10)	Năm sx (11)	Hãng/ nước chủ sở hữu (12)	Hãng/Nước sản xuất (13)	Quy cách đóng gói (14)	Đơn vị tính (15)	Số lượng (16)	Đơn giá (VND) (17)	Thành tiền (VND) (18)	Kết quả trúng thầu 12 tháng gần nhất (Giá trúng thầu/Số QĐ/ ngày tháng năm/ đơn vị ra QĐ) (19)
1																		
2																		

Ghi chú:

- (4) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (6) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (17) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí, dụng cụ phụ trợ đi kèm đảm bảo thực hiện được kỹ thuật và dịch vụ liên quan (nếu có).

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] .
2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)