

Số: 1333/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm bổ sung vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật và can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm bổ sung vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật và can thiệp tim mạch với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: *Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Đào Thị Thuý – Phụ trách khoa – Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0981519799;

Hoặc Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0936821266;

Email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: *Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*).

- Nhận qua email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ 7h30 ngày 14 tháng 5 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 23 tháng 5 năm 2025.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn của hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.



II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm bổ sung vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật và can thiệp tim mạch, (*Chi tiết phụ lục I đính kèm*)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Kho vật tư y tế Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 12 tháng.

4. Các thông tin khác: *Mẫu báo giá chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.*

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KSNK. *vk*

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Việt



Phụ lục 1

(Kèm theo Thông báo số 1333/TB-BVT ngày 13 tháng 05 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Khối lượng/ số lượng
1	Bộ tim phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim có tích hợp phin lọc kèm dây dẫn cho bệnh nhân dưới 40kg	Bộ	Phổi nhân tạo có tích hợp phin lọc kèm dây dẫn. - Diện tích bề mặt lớp màng: $\geq 1\text{m}^2$. - Thể tích mỗi $\leq 285\text{ ml}$ - Dung tích bình chứa $\geq 3000\text{ ml}$ - Lưu lượng máu trao đổi tối đa $\geq 4.000\text{ ml/phút}$ - Tiêu chuẩn: CE (Conformite Europeenne) hoặc FDA (Food and Drug Administration) hoặc CFS (Certificate of Free Sale) Châu Âu.	5
2	Bộ tim phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim có tích hợp phin lọc kèm dây dẫn cho bệnh nhân trên 40kg	Bộ	Phổi nhân tạo có tích hợp phin lọc kèm dây dẫn. - Diện tích bề mặt lớp màng $\geq 1.5\text{ m}^2$. - Thể tích mỗi $\leq 380\text{ ml}$ - Dung tích bình chứa $\geq 3000\text{ ml}$ - Lưu lượng máu trao đổi tối đa $\geq 6000\text{ ml/phút}$. - Tiêu chuẩn: CE (Conformite Europeenne) hoặc FDA (Food and Drug Administration) hoặc CFS (Certificate of Free Sale) Châu Âu.	45
3	Van tim nhân tạo sinh học hai lá	Cái	Van hai lá được làm bằng màng tim bò hoặc màng tim lợn hoặc van động mạch chủ của lợn. Kích thước van $\geq 23\text{mm}$ (tối thiểu 5 cỡ)	15
4	Mạch máu nhân tạo chữ Y	Cái	- Mạch máu nhân tạo chữ Y. - Chất liệu Polyester, được thiết kế dẹt kim. - Tối thiểu đủ 3 cỡ: 16mm x 8mm, 18mm x 9mm, 20mm x 10mm.	50
5	Mạch máu nhân tạo thẳng (dùng cho động mạch chủ)	Cái	- Mạch máu nhân tạo thẳng. - Chất liệu Polyester, được thiết kế dẹt kim. - Chiều dài: $\geq 15\text{cm}$. - Tối thiểu có đường kính: 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm.	10

Handwritten signature

6	Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch vành loại mềm mại bên trái (JL), bên phải (JR), Pigtail (PIG).	Cái	- Tương thích guidewire $\geq 0.035"$. - Kích thước: + Đường kính: $\geq 4F$, Tối thiểu có 03 dạng JR, JL, Pigtail (PIG). + Chiều dài: $\geq 100cm$.	375
7	Dây dẫn đường cho bóng và khung giá đỡ trong can thiệp tắc mạch vành hoàn toàn mạn tính (CTO)	Cái	- Đầu tip thiết kế với công nghệ đa lõi. - Công nghệ nhiều loại lớp phủ ái nước - Độ cản quang đầu tip dài từ 3cm - 20 cm - Chiều dài: $\geq 180cm$, (tối thiểu 3 cỡ). - Đầu tip dạng thẳng, đầu J, dạng uốn sẵn (Pre-shape) - Khả năng tải đầu tip từ 0,6 - 20 gf, (tối thiểu 10 cỡ). - Đường kính đầu tip từ 0.008 - 0.014", (tối thiểu 6 cỡ).	40
8	Ống thông dẫn đường (guiding catheter) đầu thẳng (ST)	Cái	- Cấu tạo: lớp trong bằng PTFE, - Hình dạng kiểu thẳng (straight). - Kích thước: cỡ 5F . - Chiều dài $\geq 120cm$	10
9	Dây dẫn đường (guide wire) can thiệp mạch ngoại vi đường kính 0.014"	Cái	- Đường kính 0.014". - Độ dài $\geq 150cm$, (tối thiểu có cỡ $\geq 260cm$). - Chiều dài đầu tip (Cuốn lò xo cản quang) $\geq 2cm$.	40
10	Dây dẫn đường (micro guide wire) các loại, các cỡ	Cái	- Nhiều loại lớp phủ khác nhau. - Chiều dài $\geq 180cm$, (tối thiểu có chiều dài 300 cm). - Đầu tip dạng thẳng, dạng uốn sẵn. - Khả năng tải đầu tip $\geq 1 gf$, (tối thiểu phải có 40 gf). - Đường kính $\geq 0.014"$.	30
11	Stent động mạch thận các loại, các cỡ	Cái	- Stent động mạch thận nở bằng bóng. + Kích thước: đường kính: $\geq 4.5 mm$ (tối thiểu 3 cỡ). + Chiều dài: $\geq 12mm$. + Chất liệu: Hợp kim. - Ống thông (catheter) dài $\geq 135cm$. - Tương thích với dây dẫn $\geq 0.014"$ và hệ thống (ống thông) $\geq 4F$.	2

Phụ lục 2
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 1333/TB-BVT ngày 13/ 05/ 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

Tên nhà thầu: Công ty
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại DD.....
Email:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá Thông báo số 1333/TB-BVT ngày 13/05/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT (1)	STT Thông báo mỗi BG (2)	Danh mục thiết bị y tế (3)	Ký, mã, nhãn hiệu, model (4)	Mã VTYT theo QĐ 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 hoặc theo TT 04 04/2017/TT- BYT ngày 14/04/2017 (5)	Thông số kỹ thuật (6)	Số đăng kí lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (7)	Đạt tiêu chuẩn (8)	Mã HS (9)	Phân loại TTYT (A,B,C,D) (10)	Năm sx (11)	Hãng/ nước chủ sở hữu (12)	Hãng/Nước sản xuất (13)	Quy cách đóng gói (14)	Đơn vị tính (15)	Số lượng (16)	Đơn giá (VND) (17)	Thành tiền (VND) (18)	Kết quả trúng thầu 12 tháng gần nhất (Giá trúng thầu/Số QĐ/ ngày tháng năm/ đơn vị ra QĐ) (19)
1																		
2																		

Ghi chú:

(4) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(6) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(17) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] .

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)

