

Số: 1243/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v yêu cầu báo giá mua sắm vật tư can thiệp sọ não

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm vật tư can thiệp sọ não với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Đào Thị Thuý – Phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0981519799;

Hoặc Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0936821266;

Email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng có đóng dấu:

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Bản mềm: Báo giá (Excel), Catalog, các tài liệu liên quan... (PDF)

+ Nhận qua email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 phút ngày 05 tháng 05 năm 2025 đến trước 16h30p ngày 16 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



5. Thời hạn của hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm vật tư can thiệp sọ não, (*Chi tiết phụ lục 1 đính kèm*).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Kho vật tư y tế Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 24 tháng.

4. Các thông tin khác: Mẫu báo giá chi tiết tại *Phụ lục 2* đính kèm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KSNK. 



Nguyễn Bá Việt



Phụ lục I
(Kèm theo Thông báo số 1243/TB - BVT ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Khối lượng/ số lượng
1	Bộ dẫn lưu dịch não tủy ngoài kèm Catheter não thất	Bộ	Gồm: - Catheter não thất dài ≥ 35 cm. - Van lọc khí một chiều. - Dây dẫn có tối thiểu 2 vị trí lấy dịch và tiêm thuốc não thất. - Bình chứa có khóa để điều chỉnh áp lực. - Bảng theo dõi và điều chỉnh áp lực. - Túi chứa dịch ≥ 500 ml.	400
2	Bộ dẫn lưu dịch não tủy thất lưng ra ngoài có khả năng theo dõi dòng chảy	Bộ	Bao gồm: - Catheter dài ≥ 80 cm. - Túi chứa dịch ≥ 500 ml. - Kim. - Có khả năng theo dõi dòng chảy hoặc Thang đo theo mmHg và Cm H2O.	35
3	Dẫn lưu não thất ổ bụng phủ kháng sinh	Bộ	Gồm: - Van áp lực có tối thiểu 2 loại áp lực thấp và trung bình. - Catheter được phủ kháng sinh. - Catheter não thất dài ≥ 20 cm. - Catheter ổ bụng dài ≥ 100 cm. - Que luồn.	35
4	Bộ đo áp lực nội sọ các loại, các cỡ (trong nhu mô não)	Bộ	- Gồm: + Catheter có chức năng cảm biến. + Bộ vít chốt (bộ cố định). + Mũi khoan. - Tương thích với Monitor hãng: Drager hoặc Nihon Kohden hoặc GE (General Electric) hoặc Mindray của Bệnh viện.	90



STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Khối lượng/ số lượng
5	Bộ đo áp lực nội sọ các loại, các cỡ (trong não thất) kèm dẫn lưu não thất ra ngoài	Bộ	Gồm: - Catheter có chức năng cảm biến. - Bộ vít chốt (bộ cố định). - Mũi khoan. - Có túi chứa dịch não tủy - Tương thích với Monitor hãng: Drager hoặc Nihon Kohden hoặc GE (General Electric) hoặc Mindray của Bệnh viện hoặc cam kết có máy hỗ trợ.	35
6	Kẹp titan túi phình mạch máu não dạng thẳng các cỡ	Cái	- Hàm kẹp thẳng. - Chất liệu titanium. - Độ dài hàm kẹp: từ 3 mm đến 15 mm (Tối thiểu 2 cỡ). - Độ mở rộng hàm: từ 6mm đến 9.5 mm (Tối thiểu 2 cỡ). - Tiệt trùng.	35
7	Kẹp titan túi phình mạch máu não dạng gấp góc/ cong các cỡ	Cái	- Hàm kẹp cong và vuông góc. - Chất liệu titanium. - Độ dài hàm kẹp: từ 3 mm đến 15 mm (Tối thiểu 2 cỡ) - Độ mở rộng hàm: từ 5 mm đến 9 mm (Tối thiểu 2 cỡ) - Tiệt trùng.	115
8	Kẹp titan túi phình mạch máu não hình lưỡi lê các cỡ	Cái	- Hàm kẹp lưỡi lê (bayonet). - Chất liệu titanium. - Độ dài hàm kẹp từ 3 mm đến 12 mm, (Tối thiểu 2 cỡ). - Độ mở rộng hàm từ 6mm đến 10.5 mm, (Tối thiểu 2 cỡ). - Tiệt trùng.	45
9	Miếng vá khuyết sọ các loại, các cỡ (Mesh titan vá khuyết sọ)	Miếng	- Miếng vá khuyết sọ cứng. - Chất liệu Titanium. - Kích thước: + Chiều dài $\geq 70\text{mm}$ + Chiều rộng $\geq 50\text{mm}$. - Sử dụng vít tự khoan, tự bắt có đường kính 2mm.	70



Phụ lục 2
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 1243/TB-BVT ngày 29/04/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)



Tên nhà thầu: Công ty
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại DD.....
Email:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá Thông báo số 1243/TB-BVT ngày 29/04/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT (1)	STT Thông báo mời BG (2)	Danh mục thiết bị y tế (3)	Ký, mã, nhãn hiệu, model (4)	Mã VTYT theo QĐ 5086/QĐ- BYT ngày 04/11/2021 hoặc theo TT 04 04/2017/TT- BYT ngày 14/04/2017 (5)	Thông số kỹ thuật (6)	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (7)	Đạt tiêu chuẩn (8)	Mã HS (9)	Phân loại TTBYT (A,B,C,D) (10)	Năm sx (11)	Hãng/ nước chủ sở hữu (12)	Hãng/Nước sản xuất (13)	Quy cách đóng gói (14)	Đơn vị tính (15)	Số lượng (16)	Đơn giá (VND) (17)	Thành tiền (VND) (18)	Kết quả trúng thầu 12 tháng gần nhất (Giá trúng thầu/Số QĐ/ ngày tháng năm/ đơn vị ra QĐ) (19)
1																		
2																		
Ghi chú:																		
(4) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.																		
(6) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.																		
(17) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)																		

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].
2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)