

Số: 1889/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm vật tư dùng trong
kỹ thuật tim phổi nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm vật tư dùng trong kỹ thuật tim phổi nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: *Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Đào Thị Thuý – Phụ trách khoa – Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0981519799;

Hoặc Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0936821266;

Email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: *Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*).

- Nhận qua email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ 7h30 ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 08 tháng 7 năm 2025.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn của hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm vật tư dùng trong kỹ thuật tim phổi nhân tạo, (Chi tiết phụ lục I đính kèm)



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Kho vật tư y tế Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 24 tháng.

4. Các thông tin khác: *Mẫu báo giá chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.*

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KSNK.



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Việt



Phụ lục 1

(Kèm theo Thông báo số 1889/TB - BVT ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng
1	Phổi ECMO kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20kg	Bộ	Cấu hình chi tiết tối thiểu 1 bộ gồm có: - Phổi nhân tạo. + Thời gian sử dụng liên tục: ≥ 14 ngày. + Thể tích mồi (priming): ≥ 215 ml. - Bộ dây dẫn. Tương thích với máy ECMO Model SN 90437881, hãng Maquet.	30
2	Canuyn động mạch ECMO	Cái	- Cannula: + Đường kính: ≥ 15 Fr (tối thiểu 10 cỡ). + Chiều dài ≥ 15 cm (tối thiểu 2 cỡ). Tương thích với Phổi ECMO kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20kg	30
3	Canuyn tĩnh mạch ECMO	Cái	- Cannula: + Đường kính: ≥ 19 Fr (tối thiểu 8 cỡ). + Chiều dài: ≥ 38 cm (tối thiểu 2 cỡ). Tương thích với Phổi ECMO kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20kg	30
4	Bộ dẫn đường (nong) động mạch	Bộ	Cấu hình chi tiết tối thiểu 1 bộ gồm có: - Dây dẫn hướng (guide wire) dài: ≥ 100 cm. - Ống nong. - Dao mổ. - Ống bơm. - Kim tiêm. Tương thích với Phổi ECMO kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20kg	30
5	Bộ dẫn đường (nong) tĩnh mạch	Bộ	Cấu hình chi tiết tối thiểu 1 bộ gồm có: - Dây dẫn hướng (guide wire): dài: ≥ 150 cm. - Ống nong. - Dao mổ. - Ống bơm. - Kim tiêm. Tương thích với Phổi ECMO kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20kg	30

Phụ lục 2
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 1889/TB - BVT ngày 26/6/2025 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)



Tên nhà thầu: Công ty
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại DD:
Email:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá Thông báo số 1889/TB-BVT ngày 26/6/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT (1)	STT Thông báo mời BG (2)	Danh mục thiết bị y tế (3)	Ký, mã, nhãn hiệu, model (4)	Mã VTYT theo QĐ 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 hoặc theo TT 04 04/2017/TT- BYT ngày 14/04/2017 (5)	Thông số kỹ thuật (6)	Số đăng kí lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (7)	Đạt tiêu chuẩn (8)	Mã HS (9)	Phân loại TTYT (A,B,C,D) (10)	Năm sx (11)	Hãng/ nước chủ sở hữu (12)	Hãng/Nước sản xuất (13)	Quy cách đóng gói (14)	Đơn vị tính (15)	Số lượng (16)	Đơn giá (VND) (17)	Thành tiền (VND) (18)	Kết quả trúng thầu 12 tháng gần nhất (Giá trúng thầu/Số QĐ/ ngày tháng năm/ đơn vị ra QĐ) (19)
1																		
2																		

Ghi chú:

(4) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(6) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(17) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] .
2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)