

Số: 2282/TB -BVT
V/v Báo giá mua sắm Máy hàn túi máu

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 08 năm 2025

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế

Căn cứ nhu cầu cần thiết mua sắm Máy hàn túi máu của Bệnh viện nhằm phục vụ công tác chuyên môn;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm Máy hàn túi máu chi tiết như sau:

STT	Tên thiết bị	ĐV	SL	Cấu hình kỹ thuật tham khảo
1	Máy hàn túi máu	Cái	01	Chi tiết tại phụ lục đính kèm

Đề nghị các tổ chức/cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế có khả năng thực hiện, gửi báo giá công khai cạnh tranh đến Bệnh viện; giá báo giá là giá của hàng hóa mới 100%, đã bao gồm đầy đủ thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí lắp đặt, bảo hành và các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của thiết bị.

***Lưu ý:**

Các đơn vị gửi Báo giá yêu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin: Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại (hoặc Email) được ký đóng dấu xác nhận bởi người có thẩm quyền hoặc cán bộ phụ trách.

Báo giá xin gửi về theo địa chỉ:

+ Bản cứng: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh;

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Ông Vũ Mạnh Thông, SĐT: 0969.833.839, Phụ trách phòng VT-TBYT;

- Ông Giáp Văn Trung, SĐT: 0936.246.834, Tổ trưởng tổ TBYT;

+ Thời hạn nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 ngày 15/08/2025.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Việt



PHỤ LỤC 01

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế

(Kèm theo Thông báo số 2282/ TB-BVT ngày 05 tháng 08 năm 2025 của Bệnh viện
đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

1. Máy hàn túi máu

I. Yêu cầu chung:

- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100%
- Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485

II. Cấu hình cho mỗi máy:

- Máy hàn dây túi máu cố định: 01 máy
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

III. Thông số kỹ thuật:

Tính năng hàn

- Hàn bằng sóng RF: Sóng RF công suất cao được tạo bởi một bộ dao động đảm bảo các đường hàn chất lượng, đáng tin cậy, ít rủi ro về tan máu, do sóng RF chỉ làm nóng dây chứ không làm ảnh hưởng đến chất lỏng bên trong
- Tín hiệu RF chỉ hoạt động khi ống dây đã đặt đúng vị trí
- Tần số sóng RF đầu ra ≥ 40.68 Mhz
- Công suất sóng HF đầu ra ≥ 20 W
- Các đoạn ống dễ dàng rời ra sau khi hàn
- Các mối hàn chắc chắn giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn
- Tích hợp bộ nguồn chuyển mạch đảm bảo quy trình hoạt động nhất quán và đường hàn chất lượng ngay cả khi điện áp đầu vào bất ổn
- Thời gian hàn: ≤ 3 giây, có thể điều chỉnh
- Tương thích với ống dây có đường kính ngoài ≥ 6 mm
- Có khả năng nhận diện ống tự động
- Thiết bị có thể hoạt động ngay sau khi bật, có đèn chỉ thị trạng thái
- Tính năng an toàn: Đã được chạy thử và kiểm tra với ≥ 2 triệu mối hàn
- Được thiết kế đạt yêu cầu về an toàn quốc tế IEC 61010 – 1.

IV. Yêu cầu khác

- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu
- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng
- Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng