

Số: 360/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời cung cấp báo giá để xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế dùng trong phẫu thuật ngoại khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế dùng trong phẫu thuật ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham gia báo giá các hàng hóa, dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Đào Thị Thuý – Phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0981519799;

Hoặc Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0936821266;

Email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).

- Bản mềm: Báo giá (Excel), Catalog, các tài liệu liên quan... (PDF)

+ Nhận qua email: kiemsoatnhiemkhuanbvt@gmail.com.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 phút ngày 31 tháng 01 năm 2026 đến trước 16h30p ngày 11 tháng 02 năm 2026.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn của hiệu lực báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết về tên hàng hóa, thông số kỹ thuật cơ bản, số lượng, đơn vị tính được mô tả tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.

2. Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá (*Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm*).

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Kho vật tư y tế Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 24 tháng.

Do nhu cầu cấp thiết về mua sắm vật tư y tế dùng trong phẫu thuật ngoại khoa của Bệnh viện, kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế nhanh chóng cung cấp thông tin để bên Bệnh viện tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KSNK. 

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Bá Việt

Phụ lục I

(Kèm theo Thông báo mời báo giá số 360/TB - BVT ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
1	Tay dao hàn mạch dùng cho mổ mở tương thích với hệ thống dao hàn mạch model Valleylab FT10 hãng Covidien	Tay dao hàn mạch hàm cong: - Chiều dài thân dao 23cm (± 2 cm). - Đường kính thân dao 5mm (± 0.5 mm). Tương thích với hệ thống dao hàn mạch Model: Valleylab FT10 hãng Covidien và cam kết hỗ trợ hệ thống dao mổ siêu âm đồng bộ với vật tư trúng thầu đến khi hết số lượng sử dụng trong trường hợp máy bệnh viện bị hỏng.	Cái	70
2	Tay dao hàn mạch dạng kéo dùng cho mổ mở tương thích với hệ thống dao hàn mạch model Valleylab FT10 hãng Covidien	Tay dao hàn mạch dạng kéo: - Chiều dài: 21cm (± 2 cm). Tương thích với hệ thống dao hàn mạch Model: Valleylab FT10 hãng Covidien và cam kết hỗ trợ hệ thống dao mổ siêu âm đồng bộ với vật tư trúng thầu đến khi hết số lượng sử dụng trong trường hợp máy bệnh viện bị hỏng.	Cái	90
3	Tay dao hàn mạch dùng cho mổ nội soi tương thích với hệ thống dao hàn mạch model Valleylab FT10 hãng Covidien	Tay dao hàn mạch hàm cong: - Chiều dài thân dao 37cm (± 2 cm). - Đường kính thân dao 5mm (± 0.5 mm). Tương thích với hệ thống dao hàn mạch Model: Valleylab FT10 hãng Covidien và cam kết hỗ trợ hệ thống dao mổ siêu âm đồng bộ với vật tư trúng thầu đến khi hết số lượng sử dụng trong trường hợp máy bệnh viện bị hỏng.	Cái	70
4	Bọc vô trùng camera 3D kèm ống kính soi	Bọc vô trùng camera 3D kèm ống kính soi đường kính 10 mm, góc nhìn 30°. Tiết trùng.	Cái	50
5	Ống soi mềm tán sỏi đường mật qua da	- Ống soi mềm tán sỏi đường mật qua da. - Cam kết cung cấp bộ xử lý hình ảnh đồng bộ với vật tư trúng thầu	Cái	10
6	Dây dẫn tia laser 365 μ m	- Dây dẫn tia laser 365 μ m. - Cam kết tương thích với máy chính Model: MultiPulse HoPlus, Hãng sản xuất: Asclepion Laser Technologies GmbH Xuất xứ: Đức, Serial: J191181105 và cam kết hỗ trợ máy tán sỏi đồng bộ với vật tư trúng thầu đến khi hết số lượng sử dụng trong trường hợp máy viện bị hỏng.	Cái	3

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
7	Dây Laser phẫu thuật điều trị trĩ	Cấu hình tối thiểu 01 bộ gồm có: - Sợi quang. - Tay cầm sợi quang. - Van mở hậu môn. Cam kết cung cấp đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ đi kèm để thực hiện được kỹ thuật đến khi sử dụng hết số lượng vật tư.	Bộ	100
8	Bóng dẫn lưu vết mổ	Bóng dẫn lưu: - Chất liệu: silicone. - Dung tích: $\geq 150\text{ml}$.	Cái	500



Phụ lục II
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo mời báo giá số 360/TB - BVT ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

Tên nhà thầu: Công ty
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại DD.....
Email:

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo thông báo số 360/TB - BVT ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan như sau:

STT (1)	STT Thông báo mời BG (2)	Tên hàng hoá (3)	Tên thương mại, ký, mã, nhãn hiệu, model (4)	Mã VTYT (Theo QĐ 5086/QĐ- BYT ngày 04/11/2021 hoặc theo TT 04 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017) (5)	Thông số kỹ thuật (6)	Số lần tái sử dụng tối thiểu (7)	Số đăng ký lưu hành (8)	Đạt tiêu chuẩn (9)	Mã HS (10)	Phân loại TTBYT (A,B,C,D) (11)	Năm sx (12)	Hãng/ nước chủ sử hữu (13)	Hãng/Nước sản xuất (14)	Quy cách đóng gói (15)	Đơn vị tính (16)	Số lượng (17)	Đơn giá (VND) (18)	Thành tiền (VND) (19)	Kết quả trúng thầu 12 tháng gần nhất (Giá trúng thầu/Số QĐ/ ngày tháng năm/ đơn vị ra QĐ) (20)
1																			
2																			
Ghi chú: Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào các cột chưa điền thông tin. Đơn vị cung cấp kèm theo bản scan hợp đồng đã trúng thầu và/hoặc hóa đơn bán hàng trong vòng 12 tháng gần nhất kèm theo (nếu có). Đơn vị gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa, dịch vụ. Đối với máy móc, trang thiết bị có bảng kê khai thông số kỹ thuật mời báo giá và thông số kỹ thuật đáp ứng của đơn vị. (4) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Tên hàng hoá”. (6) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Tên hàng hoá”. (18) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí, dụng cụ phụ trợ đi kèm đảm bảo thực hiện được kỹ thuật và dịch vụ liên quan (nếu có).																			

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày] .
3. Chúng tôi cam kết:
- Đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.

..., Ngày... tháng ... năm ...
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)