

Số: 1319 /TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v mời cung cấp báo giá để xây dựng dự toán mua sắm
Các trang thiết bị và vật tư y tế cho khoa Răng hàm mặt của Bệnh viện**

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân có năng lực thực hiện

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Để có cơ sở xây dựng dự toán và lựa chọn đơn vị cung cấp các trang thiết bị và vật tư y tế cho khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (*Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh*) trân trọng kính mời các đơn vị, nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham gia báo giá các sản phẩm/dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
- Mã số thuế: 5700391598
- Thông tin liên hệ:
 - + Phòng Vật tư – Thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
 - + Người liên hệ: Ông Vũ Mạnh Thông, Phụ trách phòng VT-TBYT
 - Ông Giáp Văn Trung, Cán bộ kỹ thuật phòng VT-TBYT
 - + Số điện thoại: 0969.833.839/ 0936.246.834

+ Email: muasambvtqn@gmail.com

2. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết về tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, số lượng, đơn vị tính được mô tả tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.

- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Thời hạn, địa điểm và hình thức nộp báo giá:

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành Thông báo này đến trước 16h 30 phút, ngày 13/05/2026.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Hình thức nộp báo giá:

+ Nộp bản cứng (có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

+ Gửi kèm bản mềm (file scan PDF) qua địa chỉ email đã nêu tại Mục 1.

- Địa điểm nhận báo giá (bản cứng):

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

4. Yêu cầu đối với báo giá:

Để đảm bảo tính hợp lệ, báo giá của Quý Đơn vị cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Báo giá được lập theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm.

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.

- Đơn giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành và các chi phí khác liên quan để cung cấp hàng hóa/dịch vụ tại Bệnh viện.

- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện hợp pháp của đơn vị.

- Kèm theo báo giá là các tài liệu sau:

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Hồ sơ năng lực công ty (bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá còn hiệu lực).

+ Trong thư chào giá phải có nội dung: **Cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15).**

+ Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm (nếu có): Catalogue, mô tả sản phẩm; hợp đồng cung cấp hàng hóa/dịch vụ tương tự đã thực hiện (nếu có).

+ Tài liệu chứng minh xuất xứ, chất lượng hàng hóa (CO, CQ) (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm và báo giá của các đơn vị.

Lưu ý: Bệnh viện sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc tham gia báo giá của các đơn vị.

- Báo giá của đơn vị là căn cứ để Bệnh viện xem xét lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ theo quy định.

- Bệnh viện có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp hoặc từ chối mà không phải thông báo lý do.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, phòng VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT
(Kèm theo Thông báo số: 1319 / TB-BVT ngày 24/4/2026)

| STT | Tên hàng hóa/dịch vụ | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | ĐV | SL | Ghi chú |
|-----|----------------------|---|-----|----|---------|
| 1 | Máy điều trị tủy | <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Cấu hình kỹ thuật: -Tay cầm: 01 cái -Cáp USB: 01 cái -Bộ đổi nguồn: 01 bộ -Dây đo: 01 cái Thông số kỹ thuật: -Máy có chức năng điều trị nội nha và định vị chóp. -Màn hình cảm ứng -Mô men xoắn từ 0,6 đến $\geq 4,0$ Ncm -Tốc độ từ 200 đến ≥ 650 vòng /phút. | máy | 02 | |
| 2 | Máy ly tâm | <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Thông số kỹ thuật: - Dải tốc độ: 300 - ≥ 5000 vòng/phút - Bước tăng: ≥ 10 vòng/phút - Lực ly tâm tối đa RCF: ≥ 2600 x g, bước tăng 10xg - Độ chính xác tốc độ: $\leq \pm 20$ vòng/phút - Công suất ly tâm: $\geq 1,5$-5ml/7ml/10ml/15ml/x6 - Thời gian cài đặt: 30 giây đến 99 phút / hoặc HOLD (hoạt động liên tục) - Màn hình hiển thị LCD - Tính năng an toàn: Khóa liên động cửa, phát hiện quá tốc độ, tự động chẩn đoán khi khởi động - Động cơ DC không chổi than - Nguồn điện: 1 pha, 100V-240V, 50/60Hz - Công suất: ≥ 70W Cấu hình kỹ thuật: - Máy chính: 01 cái - Rotor góc 6 ống x 1,5-5ml/7ml/10ml/15ml: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 quyển | Bộ | 01 | |
| 3 | Dao mổ điện | <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Xuất xứ: OECD Thông số kỹ thuật: | cái | 01 | |

| | | | | | |
|---|---|--|-----|----|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Cắt tinh : $\geq 150W$ tại trở kháng 200 Ohm - Cắt trộn, hỗn hợp: $\geq 120W$ tại trở kháng 200 Ohm - Đông máu tiếp xúc cầm máu: $\geq 80W$ tại trở kháng 200 Ohm - Đông máu lưỡng cực: $\geq 80W$ tại trở kháng 100 Ohm - Đông phun: $\geq 60W$ tại trở kháng 500 Ohm - Chế độ bảo vệ: Class I, type CF. <p>Cấu hình kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 máy - Bàn đạp chân: 01 cái - Tấm mát bệnh nhân: 01 cái - Cáp nối đất: 01 cái - Tay dao liền công tắc tay 2 nút bấm: 01 cái - Tay dao đơn cực: 01 cái - Kẹp lưỡng cực: 01 cái. | | | |
| 4 | Motor cầm tay Rotex 782E | <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. <p>Cấu hình kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tay khoan: 01 cái - Sách hướng dẫn sử dụng; 01 quyển - Hộp đựng tay khoan: 01 cái <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp với máy mài Rotex 782E. | cái | 01 | |
| 5 | Tay khoan nha khoa (loại tay chậm thẳng) | <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Xuất xứ: G7 <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ số truyền 1:1 đồng tốc - Dùm cho mũi khoan HP ($\varnothing 2.35$) - Thân bằng thép không gỉ - Tốc độ tối đa ≥ 40.000 vòng/phút - Hấp tiệt trùng được | cái | 04 | |
| 6 | Tay khoan nha khoa (loại tay khoan nhanh có đèn) | <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Xuất xứ: G7 <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tay khoan tốc độ quay: Từ 330.000 đến ≥ 430.000 vòng/ phút. - Lực cắt: $\geq 14W$ - Độ rộng của đầu tay khoan: 12.1x13.3mm - Ánh sáng: ≥ 25.000 LUX - Hấp tiệt trùng được | cái | 04 | |
| 7 | Kẹp kim ngàm có rãnh, dài 15 cm | <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | cái | 04 | |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|----|--|
| 8 | Kẹp mô 1x2T dài 16 cm | - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | cái | 03 | |
| 9 | Kẹp phẫu tích không máu dài 16 cm | - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | cái | 03 | |
| 10 | Kéo phẫu thuật cong, mũi nhọn dài 16.5 cm | - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | cái | 03 | |
| 11 | Kéo phẫu tích cong dài 11.5 cm | - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | cái | 03 | |
| 12 | Kéo phẫu thuật thẳng, mũi nhọn dài 16.5 cm | - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | cái | 03 | |
| 13 | Banh phẫu thuật mở miệng loại 12cm | - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | cái | 03 | |

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số: 1319 /TB-BVT ngày 24/04/2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Thông báo số: 1319/TB-BVT ngày 24/04/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc mời cung cấp báo giá, [Tên Đơn vị báo giá] xin trân trọng gửi tới Quý Bệnh viện báo giá các mặt hàng như sau:

| STT | Tên hàng hóa/dịch vụ | Ký mã hiệu / Model | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (có VAT) |
|--|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | | |
| Bằng chữ: [Viết bằng chữ tổng thành tiền] | | | | | | | |

(Kèm bảng đề xuất thông số kỹ thuật)

Chúng tôi cam kết:

1. Cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày phát hành.

3. Đơn giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt (nếu có) và các chi phí khác để giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng/ký hợp đồng.

5. Điều khoản thanh toán:

6. Các thông tin chúng tôi cung cấp là hoàn toàn trung thực.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 20...

DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tên đơn vị/ công ty.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Theo thông báo số 131

9 /TB-BVT ngày 24/04/2026 của Quý bệnh viện về việc mời cung cấp báo giá.....

Bằng văn bản này, đơn vị/ công ty.....xin cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH/15 như sau:

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.

d) Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật này;

g) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

h) Có tên trong danh sách ngăn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngăn;

i) Đối với nhà thầu nước ngoài, phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ và chính xác điều kiện trên.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ