

Số: 1911/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2026

## THÔNG BÁO

**Về việc mời cung cấp báo giá để xây dựng  
kế hoạch mua sắm bổ sung vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật và can thiệp  
tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật và can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham gia báo giá các hàng hóa, dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Đào Thị Thủy – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0981519799;

Hoặc Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0936821266;

Email: [kiemsoatnhiemkhuambvt@gmail.com](mailto:kiemsoatnhiemkhuambvt@gmail.com).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).

- Bản mềm: Báo giá (Excel), Catalog, các tài liệu liên quan... (PDF)

+ Nhận qua email: [kiemsoatnhiemkhuambvt@gmail.com](mailto:kiemsoatnhiemkhuambvt@gmail.com).

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 6 năm 2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2026.

*Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.*

4. Thời hạn của hiệu lực báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết về tên hàng hóa, thông số kỹ thuật cơ bản, số lượng, đơn vị tính được mô tả tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.

2. Bảng cung cấp thông tin hàng hóa và chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm).


3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Kho vật tư y tế Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 12 tháng.

Do nhu cầu cấp thiết về mua sắm bổ sung vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật và can thiệp tim mạch của Bệnh viện, kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế nhanh chóng cung cấp thông tin để bên Bệnh viện tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, KSNK. 



Nguyễn Bá Việt

**Phụ lục I****DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN**

(Kèm theo Thông báo mời báo giá số 1911/TB - BVT ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng/ khối lượng
1	Miếng vá nhân tạo dùng trong phẫu thuật tim	Miếng	Miếng vá nhân tạo dùng trong phẫu thuật tim	5
2	Stent tĩnh mạch	Cái	Stent tĩnh mạch tự bung - Đường kính: $\geq 10\text{mm}$ , (tối thiểu có 5 cỡ, trong đó có cỡ 14mm và 16mm) - Chiều dài: $\geq 40\text{m}$ (tối thiểu có 6 cỡ) Tương thích với hệ thống can thiệp $\geq 8\text{F}$	5
3	Máy tạo nhịp phá rung (ICD) 1 buồng	Bộ	Máy tạo nhịp phá rung ( ICD) 1 buồng bao gồm: - Thân máy chính: 01 cái, + Năng lượng sốc $\geq 25\text{J}$ . + Lập trình có tính năng giúp giảm số lần shock không thích hợp và không cần thiết. - Phụ kiện: + Dây điện cực phá rung: 01 cái. + Kim chọc mạch: 01 cái. - Thời gian hoạt động dự tính tối đa của Pin (máy): $\geq 9.5$ năm. - Tương thích với chụp cộng hưởng từ $\geq 1.5$ Tesla.	5
4	Máy tạo nhịp tim 2 buồng	Bộ	Máy tạo nhịp tim 2 buồng bao gồm: - Thân máy chính: 01 cái. + Thời gian hoạt động dự tính tối đa của Pin (máy): $\geq 9.5$ năm. - Phụ kiện: + Kim chọc mạch $\geq 6\text{F}$ : 02 cái. + Dây điện cực: 02 cái. - Tương thích với chụp cộng hưởng từ $\geq 1.5$ Tesla.	30

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng/ khối lượng
5	Catheter và cáp nối chân đoán loại 4 điện cực			
4.1	Catheter chân đoán loại 4 điện cực	Cái	Catheter chân đoán 4 điện cực Kích thước: $\geq 4F$ Đầu catheter mềm Thân dạng bện. Nhiều kiểu cong khác nhau Bề rộng điện cực: $\geq 1$ mm Chiều dài: $\geq 110$ cm	70
5.2	Cáp nối chân đoán loại 4 điện cực	Cái	Chiều dài $\geq 150$ cm Cam kết tương thích với các loại catheter chân đoán loại 4 cực Cam kết tương thích với máy EP-WorkMate™ Model EP-WorkMate Recording System hãng St. Jude Medical.	100
6	Catheter và cáp nối chân đoán loại 10 điện cực			
6.1	Catheter chân đoán loại 10 điện cực	Cái	Catheter chân đoán 10 điện cực Kích thước: $\geq 4F$ Đầu catheter mềm Thân dạng bện Chiều dài: $\leq 120$ cm, (tối thiểu 2 cỡ)	20
6.2	Cáp nối chân đoán loại 10 điện cực	Cái	Chiều dài $\geq 150$ cm Cam kết tương thích với catheter chân đoán loại 10 điện cực. Cam kết tương thích với máy EP-WorkMate™ Model EP-WorkMate Recording System hãng St. Jude Medical.	30

**Phụ lục II**  
**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ**

(Kèm theo Thông báo mời báo giá số 1911/TB - BVT ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh)

Tên nhà thầu: Công ty .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Điện thoại DD: .....  
Email: .....

**Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo thông báo số 1911/TB - BVT ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan như sau:

STT (1)	STT Thông báo mời BG (2)	Tên hàng hoá (3)	Tên thương mại, ký, mã, nhãn hiệu, model (4)	Mã VTYT (Theo QĐ 5086/QĐ- BYT ngày 04/11/2021 hoặc theo TT 04 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017) (5)	Thông số kỹ thuật (6)	Số đăng ký lưu hành (7)	Đạt tiêu chuẩn (8)	Mã HS (9)	Phân loại TTBYT (A,B,C,D) (10)	Năm sx (11)	Hãng/ nước chủ sử hữu (12)	Hãng/Nước sản xuất (13)	Xuất xứ (14)	Quy cách đóng gói (15)	Đơn vị tính (16)	Số lượng (17)	Đơn giá ( VND) (18)	Thành tiền ( VND) (19)	Kết quả trúng thầu 12 tháng gần nhất (Giá trúng thầu/Số QĐ/ ngày tháng năm/ đơn vị ra QĐ) (20)	
1																				
2																				

**Ghi chú:**

Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào các cột chưa điền thông tin.

Đơn vị cung cấp kèm theo bản scan hợp đồng đã trúng thầu và/hoặc hóa đơn bán hàng trong vòng 12 tháng gần nhất kèm theo (nếu có).

Đơn vị gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa, dịch vụ.

Đối với máy móc, trang thiết bị có bảng kê khai thông số kỹ thuật mời báo giá và thông số kỹ thuật đáp ứng của đơn vị.

(4) ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Tên hàng hoá".

(6) ghi cụ thể thông số kỹ thuật của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Tên hàng hoá".

(18) là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (Bao gồm thuế, phí, lệ phí, dụng cụ phụ trợ đi kèm đảm bảo thực hiện được kỹ thuật và dịch vụ liên quan (nếu có).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày 19 tháng 06 năm 2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo Giá là trung thực.

.... Ngày... tháng ... năm ...

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(ký tên, đóng dấu)

