

Số: 2523/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v mời cung cấp báo giá để xây dựng dự toán mua sắm các thiết bị y tế cho
khoa Phụ Sản của Bệnh viện**

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân có năng lực thực hiện

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Để có cơ sở xây dựng dự toán và lựa chọn đơn vị cung cấp: các thiết bị y tế cho khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (*Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh*) trân trọng kính mời các đơn vị, nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham gia báo giá các sản phẩm/dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
- Mã số thuế: 5700391598
- Thông tin liên hệ:
 - + Phòng Vật tư – Thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
 - + Người liên hệ: Ông Vũ Mạnh Thông, Trưởng phòng VT-TBYT
 - Ông Giáp Văn Trung, Cán bộ phòng VT-TBYT
- + Số điện thoại: 0969.833.839/ 0936.246.834

+ Địa chỉ Email: muasambvtqn@gmail.com

2. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết về tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, số lượng, đơn vị tính được mô tả tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.

- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Thời hạn, địa điểm và hình thức nộp báo giá:

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành Thông báo này đến trước 16h 30 phút, ngày 29/7/2026.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Hình thức nộp báo giá:

+ Nộp bản cứng (có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

+ Gửi kèm bản mềm (file scan PDF) qua địa chỉ email đã nêu tại Mục 1.

- Địa điểm nhận báo giá (bản cứng):

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

4. Yêu cầu đối với báo giá:

Để đảm bảo tính hợp lệ, báo giá của Quý Đơn vị cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Báo giá được lập theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm.

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.

- Đơn giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành và các chi phí khác liên quan để cung cấp hàng hóa/dịch vụ tại Bệnh viện.

- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện hợp pháp của đơn vị.

- Kèm theo báo giá là các tài liệu sau:

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Hồ sơ năng lực công ty (bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá còn hiệu lực).

+ Trong thư chào giá phải có nội dung: **Cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15).**

+ Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm (nếu có): Catalogue, mô tả sản phẩm; hợp đồng cung cấp hàng hóa/dịch vụ tương tự đã thực hiện (nếu có).

+ Tài liệu chứng minh xuất xứ, chất lượng hàng hóa (CO, CQ) (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm và báo giá của các đơn vị.

Lưu ý: Bệnh viện sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc tham gia báo giá của các đơn vị.

- Báo giá của đơn vị là căn cứ để Bệnh viện xem xét lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ theo quy định.

- Bệnh viện có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp hoặc từ chối mà không phải thông báo lý do.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, Phòng Vật tư -TBYT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT
(Kèm theo Thông báo số: 2523/ TB-BVT ngày 17/7/2026)

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	ĐV	SL	Ghi chú
1	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng	Theo bảng kê đính kèm	Máy	2	
2	Máy đo độ bão hòa Oxy	Theo bảng kê đính kèm	Máy	2	
3	Máy Doppler tim thai	Theo bảng kê đính kèm	Máy	4	
4	Bàn đẻ (Giường sinh đa năng điều khiển điện)	Theo bảng kê đính kèm	Cái	2	

BẢNG KÊ
Yêu cầu kỹ thuật cơ bản, tối thiểu

STT	Nội dung yêu cầu
1	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng
I	Yêu cầu chung
	Máy mới 100%
	Sản xuất năm 2026 trở đi
	Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485
	Xuất xứ: OECD
II	Yêu cầu cấu hình tối thiểu
	- Thân máy chính : 1 cái
	- Đầu dò Doppler siêu âm: 2 cái
	- Đầu dò UC: 01 cái
	- Jack cắm bộ đánh dấu thời điểm: 01 cái
	- Giấy in: 2 sấp
	- Dây và cổng nối nguồn: 01 cái
	- Gel siêu âm: 01 tuýp
	- Dây đeo đầu dò: 03 cái
	- Giá đỡ đầu dò: 02 cái
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh - Việt: 01 bộ
III	Yêu cầu thông số kỹ thuật
	- Màn hình màu LCD TFT : ≥ 7 inch
	- Lưu trữ dữ liệu tối đa ≥ 150 bệnh nhân
	- Phát âm thanh nhịp tim thai và lưu lại trên máy tính
	Đầu dò siêu âm
	- Hiển thị 2 đạo trình doppler xung.
	- Tần số siêu âm: ≥ 1 MHz
	- Dải đo FHR: $\leq 30 \sim \geq 240$ bmp
	- Độ chính xác FHR: $\leq \pm 2\%$ của dải
	- Phương pháp phát hiện tim: Tự động tương tác.
	- Tự động phát hiện chuyển động của song thai.
	Đầu dò UC
	- Kiểu bên ngoài
	- Dải đo: 0~99 đơn vị
	Máy in
	- Loại in nhiệt liên tục
	- Có chức năng tự động cung cấp giấy in.
IV	Yêu cầu khác
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ
2	Máy đo độ bão hòa Oxy
I	Yêu cầu chung
	Máy mới 100%
	Sản xuất năm 2026 trở đi

	Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485
	Xuất xứ: OECD
II	Yêu cầu cấu hình tối thiểu
	Máy chính loại sử dụng pin sạc: 01 cái
	Cáp trung gian: 01 cái
	Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho trẻ sơ sinh/ trẻ em: 01 cái
	Pin sạc cho máy: 01 bộ
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh - Việt: 01 bộ
III	Yêu cầu thông số kỹ thuật
	Thiết bị theo dõi không xâm lấn các chỉ số SpO2, nhịp mạch, ngay cả khi bệnh nhân cử động và chỉ số tụt máu thấp.
	Sử dụng pin sạc với thời gian sử dụng hơn 24 giờ
	Cung cấp hiển thị dạng sóng Pleth
	Có báo động âm thanh và hình ảnh
	Thanh tín hiệu để xác định các mức tín hiệu và chất lượng giá trị SpO2 được hiển thị.
	a. Dải đo
	SpO2: Từ 0 - 100%
	Nhịp mạch: ≤ 25 - ≥ 240 nhịp/ phút
	b. Độ chính xác
	- Bảo hoà oxy máu SpO2 (trong dải 70% - 100%)
	Không cử động (người lớn, trẻ em): $\leq 2\%$
	Cử động (Người lớn, trẻ em): $\leq 3\%$
	Tụt máu thấp (Người lớn, trẻ em): $\leq 2\%$
	- Nhịp mạch PR (trong dải 25 - 240 nhịp/ phút)
	Không cử động: ≤ 3 nhịp/ phút
	Cử động: ≤ 5 nhịp/ phút
	Tụt máu thấp: ≤ 3 nhịp/ phút
	c. Độ phân giải:
	- Độ bão hoà SpO2: $\leq 1\%$
	- nhịp mạch (bpm): ≤ 1 nhịp/ phút
	d. Hiển thị
	Màn hình hiển thị cảm ứng LCD.
	Kích thước ≥ 2.8 inch
	Nguồn điện: Pin: Lithium ion, dung lượng: ≥ 24 giờ
IV	Yêu cầu khác
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ
3	Máy Doppler tìm thai
I	Yêu cầu chung
	Máy mới 100%
	Sản xuất năm 2026 trở đi
	Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485
	Xuất xứ: OECD
II	Yêu cầu cấu hình tối thiểu

	- Thân máy chính: 1 cái
	- Đầu dò gắn với thân máy : 1 cái
	- Hộp đựng : 1 cái
	- Pin (1.5V AA) : 2 viên
	- Gel (60ml) : 1 lọ
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh - Việt: 01 bộ
III	Yêu cầu thông số kỹ thuật
	Màn hình hiển thị: màn hình màu LCD TFT ≥ 2.4 inch
	- Đầu dò Doppler Có độ nhạy $\geq 2\text{MHz}$
	- Cường độ: $\leq 10\text{mW/CM}^2$
	- Dải đo nhịp tim thai nhi: $\leq 30 \sim \geq 240$ bmp ($\pm 2\text{bmp}$ hoặc $\pm 2\%$)
	- Độ chính xác HFR trong phạm vi: $\leq \pm 2\%$
IV	Yêu cầu khác
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ
4	Bàn đẻ (Giường sinh đa năng điều khiển điện)
I	Yêu cầu chung
	Máy mới 100%
	Sản xuất năm 2026 trở đi
	Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485
II	Yêu cầu cấu hình tối thiểu
	Giường sinh đa năng , kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
	- Khung bàn với 4 bánh xe: 01 bộ
	- Tay vịn hoặc thành chắn hai bên: 01 bộ
	- Bộ điều khiển treo tại tay vịn: 01 bộ
	- Tấm chắn phía đầu giường: 01 cái
	- Chậu đựng chất thải: 01 cái
	- Bộ đỡ bắp chân: 01 cái
	- Bộ nắm tay cho sản phụ: 01 bộ
	- Cọc truyền: 01 cái
	- Đệm: 01 bộ
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh - Việt: 01 bộ
III	Yêu cầu thông số kỹ thuật
	- Điều khiển: Động cơ điện với 3 động cơ tuyến tính
	- Vật liệu: Khung bàn và hệ thống điều chỉnh độ cao được làm bằng thép sơn tĩnh điện, độ bóng cao, chống ăn mòn, dễ vệ sinh.
	- Mặt sàn giường: Được chia làm 3 phần: Phần lưng được làm bằng thép sơn tĩnh điện, phần đỡ hông được làm bằng thép sơn tĩnh điện, phần chân được lót đệm.
	- Tấm đầu giường: Bằng nhựa ABS, cho phép tháo rời khi cần thiết.
	- Tay vịn hai bên: Làm bằng nhựa ABS, với chỉ thị góc nghiêng.
	- Phần đỡ chân cho phép tháo ra / gắn vào thân bàn chính theo 3 vị trí khác nhau: đỡ để, khám sản phụ khoa hoặc làm giường nằm sau sinh.
	- Có bộ điều khiển, điều khiển các chứng năng nâng hạ của giường sản khoa
	- Điều chỉnh nâng hạ phần lưng, chiều cao bàn trong khoảng từ 640 – 1000 mm ($\pm 20\text{mm}$)

	- Dốc ngược, dốc xuôi. Điều chỉnh góc nghiêng Trendelenburg $0-10^{\circ}\pm 2^{\circ}$ và góc nghiêng Trendelenburg ngược $0-10^{\circ}\pm 2^{\circ}$
	- Có ổ quy dự phòng để sử dụng trong trường hợp hợp mất điện
	- Hệ thống phanh trung tâm và điều hướng:
	- Bánh xe loại 5 inch (125 mm), loại bánh xe 2 mặt, có khóa trung tâm.
	- Đặt tại phía đầu giường, tác động cả 4 bánh xe
	- Đệm: Làm bằng vật liệu dạng bọt cứng
	- Đệm sử dụng mút hoạt tính mật độ cao và được định hình một lần. Đệm có thể tháo rời.
	- Vỏ đệm được làm bằng vật liệu giả da màu hồng
	- Kích thước tổng thể (Dài x Rộng): 2050 x 960 mm (± 30 mm)
	- Điều chỉnh tầm đỡ lưng: $0-\geq 70^{\circ}$
	- Phần đỡ chân nâng hạ từ $\leq -5^{\circ}$ đến $\geq 65^{\circ}$, phần đỡ chân có thể tháo rời
	- Dốc xuôi: $0-10^{\circ}\pm 2^{\circ}$
	- Dốc ngược: $0-10^{\circ}\pm 2^{\circ}$
	- Tải trọng tối đa: ≥ 200 kg
IV	Yêu cầu khác
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số: 2502 / TB-BVT ngày 16/7/2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Thông báo số: 2523/TB-BVT ngày 17/7/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc mời cung cấp báo giá, [**yêu cầu ghi rõ Tên Đơn vị báo giá địa chỉ, MST, SĐT liên lạc...**] xin trân trọng gửi tới Quý Bệnh viện báo giá các mặt hàng hoặc dịch vụ như sau:

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Ký mã hiệu / Model	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1							
2							
Tổng cộng Bằng chữ: [Viết bằng chữ tổng thành tiền/							

(Kèm bảng đề xuất thông số kỹ thuật)

Chúng tôi cam kết:

1. Cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15).
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày phát hành.
3. Đơn giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt (nếu có) và các chi phí khác để giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng/ký hợp đồng.
5. Điều khoản thanh toán:
6. Các thông tin chúng tôi cung cấp là hoàn toàn trung thực.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 20...

DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tên đơn vị/ công ty.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Theo thông báo số 2523/TB-BVT ngày 17/7/2026 của Quý bệnh viện về việc mời cung cấp báo giá.....

Bằng văn bản này, đơn vị/ công ty.....xin cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH/15 như sau:

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.

d) Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật này;

g) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

h) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

i) Đối với nhà thầu nước ngoài, phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ và chính xác điều kiện trên.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ